



ANALI - 095

Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:
http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anal/analitico_095.htm

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 99496/2020A
Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- NBR 14873"
Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar

São Paulo, 07 de Agosto de 2020.	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA	Rua Dos Eucaliptos 147 - Capela Velha
Solicitante: Izabella Harumi Fujii	CEP: 83.705-320 – Araucaria/PR

Material: Máscara TNT Tripla E – (20.35.107.06)	
Data de entrada: 04/08/2020	Hora de entrada: 15:45
Embalagem: Primária de Papelão/Plástica	Condições de transporte: Temperatura ambiente



Descrição da amostra:

Marca: Volk do Brasil Lote: Não se aplica (novo produto) Composição: TNT Gramatura: Total 75g/m ² (25g/m ² + 25g/m ² + 25g/m ²) Quantidade de Camadas: Três camadas Cor: Branca/ Azul Tamanho: Único Fabricante: Xiantao Tianying Plastic Co., Ltd.		
Nº do Produto: 01	Data da Fabricação: 07/2020	Data de Validade: Não referido

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus epidermidis* ATCC 14990

Resultado: A amostra apresentou 99,73% de eficiência de filtração bacteriana.

Metodologia: ABNT NBR 14873: 2002 Não tecido para artigos de uso Odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica.
Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica  CRBio: 18.098-01	Gerente de Laboratório  Paula de Maio Trezza CRBio: 48.933/01-D
---	---

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br/